



Produktspezifikation

Thrombo Plus® , 2 ml, Verschluss rot, (LxØ): 75 x 11,5 mm, mit Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.334
Artikelbeschreibung	Thrombo Plus® , für die direkte Zählung der Thrombozyten, Nennvolumen: 2 ml, Verschluss rot, Präparierung: Hg-Salz, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 11,5 mm, Rundboden, mit Druck, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös und kapillar
Art der Präparierung	Hg-Salz
Präparierungskonzentration	2,5 mg/ml Lösung
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Anwendungsbereich	venöse und kapillare Blutproben
Anwendungsbeispiel	für die direkte Zählung der Thrombozyten
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Thrombo Plus[®], 2 ml, Verschluss rot, (LxØ): 75 x 11,5 mm, mit Druck

Seite 2

Maße

Nennvolumen	2 ml
Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0055 kg
Gewicht des Umkartons	3,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917081207
EAN des Umkartons	4038917000345

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT