



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	41.1504.005
Artikelbeschreibung	Micro-Probengefäß EDTA K3E, venöse Blutentnahme, Präparierung: K3 EDTA, Nennvolumen: 1,3 ml, (LxØ) mit Verschluss: 44 x 10,8 mm, Eindrückstopfen, Verschluss: rot, Farbcode EU, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: rot, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	ja
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Micro-Probengefäß EDTA K3E, 1,3 ml,**  
**Eindrückstopfen, EU**

**Seite 2**

Arbeitsvolumen 1,3 ml

**Maße**

Nennvolumen 1,3 ml  
Durchmesser 10,8 mm  
Länge des Produktes 44 mm  
Länge mit Verschluss 44 mm  
Länge ohne Verschluss 40 mm

**Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Verschlusses rot  
Material der Röhre Polypropylen (PP)

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 96000  
Tiefe des Umkartons 348 mm  
Breite des Umkartons 278 mm  
Höhe des Umkartons 140 mm  
Volumen des Umkartons 0,0135 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0015 kg  
Gewicht des Umkartons 1,85 kg  
EAN des Innenkartons 4038917129565  
EAN des Umkartons 4038917022293

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**