



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	41.1506.005
Artikelbeschreibung	Micro-Probengefäß Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, venöse Blutentnahme, Präparierung: Citrat 9NC, Nennvolumen: 1,3 ml, (LxØ) mit Verschluss: 44 x 10,8 mm, Eindrückstopfen, Verschluss: grün, Farbcode EU, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: grün, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Styroporcontainer

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Citrat 9NC
Präparierungskonzentration	0,106 mol/l
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	ja
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Micro-Probengefäß Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%,
1,3 ml, Eindrückstopfen, EU**

Seite 2

Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	1,3 ml
Zentrifugation empfohlen	1500 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Maße

Nennvolumen	1,3 ml
Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm
Länge mit Verschluss	44 mm
Länge ohne Verschluss	40 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Styroporcontainer
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	44000
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0306 cbm
Gewicht des Produktes	0,0017 kg
Gewicht des Umkartons	2,47 kg
EAN des Innenkartons	4038917129626
EAN des Umkartons	4038917022316

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT