




## Produktspezifikation

Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 10 ml,  
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht  
zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1254.001
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 10 ml, Codierungsfarbe: orange, Material: PS, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	orange
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	10 ml
Codierung Farbe	orange

### Maße

Durchmesser	10 mm
Länge des Produktes	335 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 10 ml,  
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht  
zytotoxisch, 1 Stück/Blister**

**Seite 2**

### Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Pyrogenfreiheit ja  
Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Blister  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 27000  
Tiefe des Umkartons 420 mm  
Breite des Umkartons 250 mm  
Höhe des Umkartons 290 mm  
Volumen des Umkartons 0,0305 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0104 kg  
Gewicht des Umkartons 5,74 kg  
EAN des Innenkartons 4038917127295  
EAN des Umkartons 4038917021128

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**