



Descripción del artículo

Número de pedido	79.8096.185
Descripción del artículo	Kit de catéter para plexos, componentes del kit: REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, catéter para plexos 21G x 400 mm con estilete, tubo de inyección de 60 cm, adaptador Tuohy-Borst, ayuda de inserción, filtro plano de 0,2 µm con fijación

Características del producto

Ámbito de aplicación	anestesia regional
Filtro	sí
Tamaño de poro	0,2
Afilado en punta	Faceta
Conexión	Luer

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Kit de catéter para plexos 18G x 50 mm / 21G x 400 mm

Página 2

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	18 G / 1,35 mm
Longitud de la aguja	50 mm
Longitud del tubo	60 cm

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Esterilización	Esterilización por gas
Plastificante	Triocetil trimellitato (TOTM)
Número de lote o de serie	sí

Presentación

Pedido mínimo	5
unidades / caja interna	5
unidades / caja	80
unidades / pallet	3840
Profundidad caja interior	203 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	56 mm
Profundidad de la caja	464 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0,032 cbm
Peso del producto	0,04 kg
Peso de la caja	4,34 kg
EAN de la caja interna	4028339220421
EAN de la caja	4028339220414

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-05-10

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT