

EU Declaration of Conformity		en
Type:	HERMLE laboratory centrifuge with accessories acc. to IVDR - product class "A" Model SC 2700	
Manufacturer: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Germany DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.		
The object of the declaration described above is in conformity with the following Union Harmonisation legislations and standards or normative documents:		
Marking	Harmonisation legislation	Harmonized standards / Normative documents
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU MD: 2006/42/EG RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Place: 78564 Wehingen, Germany		Date: 2025-01-20 Valid until: 2027-01-20

EU – Prohlášení o shodě		cs
Type:	Laboratorní centrifuga Příslušenství v ceně HERMLE; podle IVDR – třída výrobků "A" Model SC 2700	
Výrobce: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Německo DE-MF-000024779 Základna UDI-DI 4262380371AC11ABK9	
Za toto prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce.		
Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s těmito harmonizačními právními předpisy a normami Unie nebo normativními dokumenty:		
Značka	Harmonizační právní předpisy	Harmonizované normy / Normativní dokumenty
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Místo: 78564 Wehingen, Německo		Vydáno: 2025-01-20 Platí do: 2027-01-20

Déclaration de conformité UE		fr
Type:	Centrifugeuse de laboratoire accessoires inclus HERMLE; selon IVDR – classe de produit "A" Modèle SC 2700	
Fabricant : SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Allemagne DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.		
L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme aux Harmonisation legislations, normes et documents européens suivants:		
Marquage	Législation sur l'harmonisation	Harmonisation des normes / Documents normatifs
	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Lieu : 78564 Wehingen, Allemagne		Délivré le : 2025-01-20 Valable jusqu'à: 2027-01-20

EU-overensstemmelseserklæring		da
Type:	HERMLE laboratoricentrifuge tilbehør inkluderet; i henhold til IVDR - produktklasse "A" Model SC 2700	
Producent: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Tyskland DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.		
Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med følgende EU-harmoniseringslovgivning og -standarder eller normative dokumenter:		
Mærkning	Harmoniseringslovgivning	Harmoniserede standarder / Normative dokumenter
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Sted: 78564 Wehingen, Tyskland		Udstedt: 2025-01-20 Gyldig indtil: 2027-01-20

EU-Konformitätserklärung		de
Type:	HERMLE Laborzentrifuge inklusive Zubehör; nach IVDR - Produktklasse "A" Modell SC 2700	
Hersteller: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Deutschland DE-MF-000024779 Basis-UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung.		
Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften und -normen der Union bzw. normativen Dokumenten:		
Kennzeichnung	Harmonisierung der Rechtsvorschriften	Harmonisierte Normen / Normative Dokumente
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMV: 2014/30/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Ort: 78564 Wehingen, Deutschland		Datum: 2025-01-20 Gültig bis: 2027-01-20

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ		el
Τύπος:	Εργαστηριακή φυγόκεντρος HERMLE συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με το IVDR - κατηγορία προϊόντων "Α" Μοντέλο SC 2700	
Κατασκευαστής: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Γερμανία DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.		
Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες ενωσιακές νομοθεσίες και πρότυπα εναρμόνισης ή κανονιστικά έγγραφα:		
Σήμανση	Νομοθεσία εναρμόνισης	Εναρμονισμένα πρότυπα / Κανονιστικά έγγραφα
	IVDR (EE) 2017/746 LVD: 2014/35/EE EMC: 2014/30/EE Όδηγια 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου RoHS: 2011/65/EE (EE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Τόπος: 78564 Wehingen, Γερμανία		Έκδοση: 2025-01-20 Ισχύει μέχρι: 2027-01-20

Dichiarazione di conformità UE		it
Tipo:	Centrifuga da laboratorio con accessori HERMLE; secondo IVDR - classe di prodotto "A" Modello SC 2700	
Produttore: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Germania DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.		
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alle seguenti legislazioni e norme o documenti normativi di armonizzazione dell'Unione:		
Marchio	Normativa di armonizzazione	Standard armonizzati / Documenti normativi
	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Luogo: 78564 Wehingen, Germania		Data di rilascio: 2025-01-20 Valido fino al 2027-01-20

EL vastavusdeklaratsioon		et
Tüüp:	HERMLE laborisentrifugiis Tarvikud komplektis; vastavalt IVDR-le - tooteklass "A" Mudel SC 2700	
Tootja: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Saksamaa DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Käesolev vastavusdeklaratsioon väljastatakse tootja ainuiskulisel vastutusel.		
Eespool kirjeldatud deklaratsioonitavade on kooskõlas järgmistele liidu ühtlustamisõigusaktide ja -standarditega või tehniliste normdokumentidega:		
Tähis	Ühtlustamist käsitlevad õigusaktid	Ühtlustatud standardid / Normatiivdokumendid
	IVDR (EL) 2017/746 LVD: 2014/35/EL EMC: 2014/30/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EL RoHS: 2011/65/EL (EL) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
Koht: 78564 Wehingen, Saksamaa		Välja antud: 2025-01-20 Kehtiv kuni: 2027-01-20

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus		fi
Tyyppi:	HERMLE laboratoriosentrifugi; IVDR:n mukaan - tuoteluokka "A" Mukana tulevat lisävarusteet Malli SC 2700	
Valmistaja: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Saksa DE-MF-000024779 Perusta UDI-DI 4262380371AC11ABK9	
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu ainoastaan valmistajan vastuulla.		
Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on seuraavien unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöjen ja -standardien tai ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen:		
Merkintä	Yhdenmukaistamista koskeva lainsäädäntö	Yhdenmukaistetut standardit / Ohjeelliset asiakirjat
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY RoHS: 2011/65/EU EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Paikka: 78564 Wehingen, Saksa	Julkaistu: 2025-01-20 Voimassa: 2027-01-20 asti

Декларация за съответствие на ЕС			bg
Тип:	Лабораторна центрофуга Включени аксесоари HERMLE; съгласно IVDR - продукти клас "A" Модел SC 2700		
Производител: URN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Германия DE-MF-000024779 Основа UDI-DI 4262380371AC11ABK9		
Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на производителя.			
Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие със следните законодателства и стандарти на Съюза за хармонизация или нормативни документи:			
Маркировка	Законодателство за хармонизация	Хармонизирани стандарти / Нормативни документи	
	IVDR (EC) 2017/746 LVD: 2014/35/EC EMC: 2014/30/EU Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета RoHS: 2011/65/EC (EC) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Място: 78564 Wehingen, Германия	Издадено на: 2025-01-20 Валидно до: 2027-01-20	

EU Izjava o sukladnosti		hr
Vrsta:	HERMLE laboratorijska centrifuga s dodatnom opremom; prema IVDR - klasi proizvoda "A" Model SC 2700	
Proizvođač: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Njemačka DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Ova deklaracija o sukladnosti izdaje se pod punom odgovornošću proizvođača.		
Predmet gore opisanе izjave u skladu je sa sljedećim zakonodavstvima i normama Unije o usklađivanju ili normativnim dokumentima:		
Oznaka	Zakonodavstvo o usklađivanju	Usuglašeni standardi / Normativni dokumenti
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Mjesto: 78564 Wehingen, Njemačka	Izdano: 2025-01-20 Vrijedi do: 2027-01-20

EU-conformiteitsverklaring			nl
Type:	HERMLE-laboratoriumcentrifuge met toebehoren; volgens IVDR, productklasse "A" Model SC 2700		
Fabrikant: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Duitsland DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.			
Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de volgende harmonisatiewetgevingen en -normen van de Unie of normatieve documenten:			
Markering	Harmonisatie wetgeving	Geharmoniseerde normen / Normatieve documenten	
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Plaats: 78564 Wehingen, Duitsland	Afgegeven: 2025-01-20 Geldig tot: 2027-01-20	

EU megfeleléségi nyilatkozat		hu
Tipus:	HERMLE laboratóriumi centrifugák tartozékokkal; az IVDR szerinti - "A" Modell SC 2700	
Gyártó: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Németország DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Ezen megfeleléségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelőssége mellett történik.		
A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel az alábbi uniós harmonizációs jogszabályoknak és szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:		
Jelölés	Harmonizációs jogszabályok	Harmonizált szabványok / Normatív dokumentumok
	IVDR (EC) 2017/746 LVD: 2014/35/EC EMC: 2014/30/EC Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve RoHS: 2011/65/EC (EC) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Hely: 78564 Wehingen, Németország	Kiadva: 2025-01-20 Érvényes: 2027-01-20

EU-samsvarserklæring			no
Type:	HERMLE laboratorieresentrifuge med tilbehør; i henhold til IVDR - produktklasse "A" Modeller SC 2700		
Produsent: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Tyskland DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Denne samsvarserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten.			
Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med følgende unionsharmoniseringslovgivning og -standarder eller normative dokumenter:			
Merkning	Harmoniseringslovgivning	Harmoniserte standarder / Normative dokumenter	
	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Stede: 78564 Wehingen, Tyskland	Utgitt: 2025-01-20 Gyldig til: 2027-01-20	

UE Deklaracja Zgodności		pl
Typ:	Wirówka laboratoryjna z akcesoriami HERMLE; zgodnie z IVDR – klasa produktu "A" Model SC 2700	
Producent: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Niemcy DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9	
Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.		
Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z następującymi unijnymi przepisami i normami harmonizacyjnymi lub dokumentami normatywnymi:		
Oznaczenie	Prawodawstwo harmonizacyjne	Zharmonizowane normy / Dokumenty normatywne
	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Miejsce: 78564 Wehingen, Niemcy	Wydano: 2025-01-20 Ważne do: 2027-01-20

ES Atbilstības deklarācija			lv
Veids:	HERMLE laboratorijas centrifūga ar piederumiem; saskaņā ar IVDR – produktu klase "A" Model SC 2700		
Ražotājs: SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Vācija DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.			
Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst šādiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem un standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:			
Marķējuma	Saskaņošanas tiesību akti	Saskaņotie standarti / Normatīvie dokumenti	
	Vieta: 78564 Wehingen, Vācija	IVDR (ES) 2017/746 LVD: 2014/35/ES EMC: 2014/30/ES Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/ES RoHS: 2011/65/ES (ES) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018
	Vieta: 78564 Wehingen, Vācija	Izdota: 2025-01-20 Derīgs līdz: 2027-01-20	

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE			mt
Tip:	Centrifuga tal-laboratorju "bl-aċċessorji HERMLE; skont IVDR - klassi tal-prodott "A" Mudell SC 2700		
Manifattur SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Il-Germanja DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Din id-Dikjarazzjoni ta' Konformità hija mruġġa bir-responsabbiltà unika tal-manifattur.			
L-ghan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mal-leġiżlazzjonijiet u l-istandards ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni jew id-dokumenti normattivi li ġejjin:			
Markar	Leġiżlazzjoni ta' armonizzazzjoni	Standards armonizzati / Dokumenti normattivi	
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Post: 78564 Wehingen, Il-Germanja Mahruġ: 2025-01-20 Validu sa: 2027-01-20		

Declaração de Conformidade UE			pt
Tip:	Centrifugadora laboratorial com acessórios HERMLE; de acordo com o IVDR - classe de produto "A" Modelo SC 2700		
Fabricante SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Alemanha DE-MF-000024779 Zăkladna UDI-DI 4262380371AC11ABK9		
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.			
O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com as seguintes legislações e normas de harmonização da União ou documentos normativos:			
Marcação	Legislação de harmonização	Normas harmonizadas / Documentos normativos	
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Local: 78564 Wehingen, Alemanha Data: 2025-01-20 Válido até: 2027-01-20		

Declarația UE de conformitate			ro
Tip:	Centrifuga de laborator cu accesorii HERMLE; în conformitate cu IVDR - clasa de produse "A" Model SC 2700		
Producător SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Germania DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de conformitate revine exclusiv producătorului.			
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu următoarele legislații și standarde de armonizare ale Uniunii sau cu documente normative:			
Marcaj	Legislația de armonizare	Standarde armonizate / Documente normative	
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Locul: 78564 Wehingen, Germania Emis la: 2025-01-20 Valabil până la: 2027-01-20		

EÚ Vyhlásenie o zhode			sk
Typ:	Laborátora odstredivka s príslušenstvom, HERMLE; podľa IVDR - trieda výrobkov "A" Model SC 2700		
Výrobca SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Nemecko DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Za toto prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce.			
Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s těmito harmonizačními právními předpisy a normami Unie nebo normativními dokumenty:			
Značka	Harmonizační právní předpisy	Harmonizované normy / Normativní dokumenty	
CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Misto: 78564 Wehingen, Německo Vydáno: 2025-01-20 Platí do: 2027-01-20		

EU-försäkran om överensstämmelse			sv
Typ:	HERMLE laboratoriecentrifug med tillbehör, enligt IVDR - produktklass "A" Modelle SC 2700		
Tillverkare SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Tyskland DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.			
Föremålet för den försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med följande harmoniseringslagstiftning och harmoniseringsstandarder eller normerande dokument:			
Märkning	Harmonisering av lagstiftningen	Harmoniserade standarder / Normativa dokument	
CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Plats: 78564 Wehingen, Tyskland Utgivn: 2025-01-20 Giltigt t.o.m.: 2027-01-20		

Declaración de conformidad UE			es
Tip:	Centrifuga de laboratorio HERMLE con accesorios; según IVDR - clase de producto "A". Modelo SC 2700		
Fabricante SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Alemania DE-MF-000024779 Base UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
El fabricante es el único responsable de la emisión de la declaración de conformidad.			
El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión y las normas o documentos normativos siguientes:			
Marcajo	Marcajo	Marcajo	
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Directiva sobre máquinas 2006/42/UE RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Lugar: 78564 Wehingen, Alemania Fecha: 2025-01-20 Válido hasta: 2027-01-20		

Izjava EU o skladnosti			sl
Tip:	HERML laboratorjska centrifuga z dodatki; v skladu z IVDR - razred proizvodov "A" Model SC 2700		
Proizvajalec SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Nemčija DE-MF-000024779 Basis UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Proizvajalec je izključno odgovoren za izdajo izjave o skladnosti.			
Vsebinska zgoraj opisane izjave je v skladu z naslednjo harmonizacijsko zakonodajo Unije in standardi ali normativnimi dokumenti:			
Märkning	Harmonisering av lagstiftningen	Harmoniserade standarder / Normativa dokument	
CE	IVDR (EU) 2017/746 LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/UE Direktiva 2006/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta RoHS: 2011/65/EU (EU) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Kraj: 78564 Wehingen, Nemčija Datum: 2025-01-20 Velja do: 2027-01-20		

ES atitikties deklaracija			lt
Tipas:	HERMLE laboratorinė centrifuga su priedais; pagal IVDR - gaminių klasė „A“ SC 2700 modelis		
Gamintojas SRN:	HERMLE Labortechnik GmbH • Siemensstraße 25 • 78564 Wehingen • Vokietija DE-MF-000024779 Pagrindas UDI-DI: 4262380371AC11ABK9		
Už atitikties deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas			
Aukščiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka toliau nurodytus Sąjungos derinamuosius teisės aktus ir standartus arba norminius dokumentus			
Ženklinimas	Teisės aktų derinimas	Standartai armonizzati / Documenti normativi	
CE	IVDR (UE) 2017/746 LVD: 2014/35/UE EMC: 2014/30/UE Direktiva sobre máquinas 2006/42/UE RoHS: 2011/65/UE (UE) 2015/863	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14971:2019 + A11:2021 EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019, EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-101:2017 EN IEC 63000: 2018	
	Vieta: 78564 Wehingen, Vokietija Data: 2025-01-20 Galioja iki: 2027-01-20		

In case of translation errors, the English version of the EU Declaration of Conformity should be taken as the official version.

Weiwei Flaig

 Head of Hermle
 Hermle Labortechnik GmbH

Marco Sachße

 Head of QM & Compliance
 Hermle Labortechnik GmbH