

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity


Šiuo dokumentu patvirtiname, kad jame nurodytos priemonės atitinka visuose toliau išvardytuose reglamentuose nustatytus atitinkamus reikalavimus ir buvo pagamintos ir išleistos pagal rengiant deklaraciją galiojusią kokybės valdymo sistemą.

Ar šo aplicinām, ka šeit norādītie izstrādājumi atbilst tālāk norādīto Regulu nozīmīgajām prasībām un ir ražoti un saņēmuši atļaujas saskaņā ar izsniegšanas laikā spēkā esošo kvalitātes pārvaldības sistēmu.


Gamintojo pavadinimas ir adresas: SARSTEDT AG & Co. KG
Ražotāja nosaukums un adrese: Sarstedtstr. 1, 51588 Nümbrecht

Unikalasis registracijos numeris (SRN): DE-MF-000005649
Unikālais reģistrācijas numurs SRN:

Ši atitikties deklaracija išduota tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.
Iepriekš norādītais ražotājs uzņemas pilnu atbildību par šīs Atbilstības deklarācijas izsniegšanu.

Priemonės pavadinimas: Izstrādājuma nosaukums:	Paruošti vamzdeliai Sagatavotas caurules
Gaminio Nr.: Preces Nr.:	Žr. Annex Skat Annex
Numatyta paskirtis: Paredzētais lietojums:	Kraujo laikymas, paruošimas ir transportavimas Asins uzglabāšana, sagatavošana un transportēšana
Klasė: Klase:	A
Notifikuotosios įstaigos dalyvavimas atliekant atitikties vertinimą:	Ne
Pilnvarotās iestādes iesaistīšanās atbilstības izvērtēšanā:	Nē
Sertifikato ženklas: Sertifikāta identifikācijas kods:	Netaikoma Nav piemērojams
Taikyta atitikties vertinimo procedūra: Izmantotais atbilstības izvērtēšanas process:	(EU) 2017/746, Annex II-IV
CE ženklas: CE marķējums	

Vieta Nümbrecht Data/ Datums: 24.05.2022
Galloja iki/ Derīguma termiņš: 27.09.2024

Parašas: Dr. Stephan Krüger
Paraksts: Conformity Assessment Specialist Dr. Kerstin Weu
Responsible perso  (IVDR)



Anhang Annex

Die folgenden Artikel-Nr. bzw. Artikel-Gruppen sind unter der Produktgruppe „Präparierten Röhren“ zusammengefasst:


The following product numbers or product groups are summarized under the product group „Prepared Tubes“.

TD-016.1 Prepared Tubes Citrate	29.373	
32.525.046	29.373.004	
32.525.102	46.390.001	
32.525.326	TD-016.5 Prepared Tubes Heparin	
TD-016.2 Prepared Tubes EDTA	32.331	
32.332	32.331.100	
36.338	36.336	
36.338.100	36.336.100	
34.343	49.354.001	
38.346	46.363.001	
49.355.001	26.369	
26.358	TD-016.6 Prepared Tubes Thrombo+	
29.376	51.334	
47.413.001	TD-016.7 Prepared Tubes Haem. Sol.	
47.556	47.408	
47.556.001	45.498.003	
47.556.100	47.409.001	
TD-016.3 Prepared Tubes Fluoride	TD-016.8 Prepared Tubes BSG	
36.339	47.410	
36.339.100		
TD-016.4 Prepared Tubes CAT		
32.311.001		
26.323		
26.323.038		
32.329		
32.329.006		
32.329.100		
36.350		
49.351.001		
46.361		
28.364		
26.367		

Ort/Place: Nümbrecht

Datum/ Date: 24.05.2022

Unterschrift: 
Signature: Dr. Stephan Krüger
Conformity Assessment Specialist

Dr. Kerstin Weuste 
Responsible person (Article 15 MDR/IVDR)

