




Spécification de produit

Page 1

Sediplus® S 2000 NX, dispositif de mesure automatique de la sédimentation sanguine avec 40 canaux, avec Test-Sedivettes pour le contrôle du fonctionnement, 40 postes de mesure, 110/230 V



Description d'article

Numéro de commande

90.1092

Description d'article

Sediplus® S 2000 NX, dispositif de mesure automatique de la sédimentation sanguine avec 40 canaux, avec Test-Sedivettes pour le contrôle du fonctionnement, compatible avec S-Sedivette®, 40 postes de mesure, pour mesurer la vitesse de sédimentation des cellules sanguines (VS), tension d'alimentation : 110/230 V

Caractéristiques du produit

Domaine d'application

pour mesurer la vitesse de sédimentation des cellules sanguines (VS)

Compatible avec

S-Sedivette®

Nombre d'emplacements

40

Interface

HL7

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Page 2

Sediplus® S 2000 NX, dispositif de mesure automatique de la sédimentation sanguine avec 40 canaux, avec Test-Sedivettes pour le contrôle du fonctionnement, 40 postes de mesure, 110/230

V

Dimensions

Largeur du produit	270 mm
Hauteur du produit	305 mm
Longueur du produit	355 mm

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Dispositif de diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Profondeur du carton	510 mm
Largeur du carton	430 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0768 cbm
Poids du produit	6.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917927055
Code EAN du carton d'emballage	4038917927062

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT