



### **Description d'article**

Numéro de commande	75.1356
Description d'article	Gobelet de prélèvement d'urine, recueil et conservation d'urine, volume de travail max. : 500 ml, (Ø x h) : 80 x 148 mm, Ø orifice : 80 mm, naturel, matériau : PP, 250 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	500 ml

### **Dimensions**

Volume nominal	500 ml
Volume max.	500 ml
Diamètre	80 mm
Diamètre de l'ouverture	80 mm
Hauteur du produit	148 mm
Longueur sans bouchon	148 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Gobelet de prélèvement d'urine, 500 ml, (Ø x h) :**  
**80 x 148 mm, PP, naturel**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit naturel

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 250  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 250  
pièces / carton 250  
pièces / pallet 5000  
Profondeur du carton 458 mm  
Largeur du carton 408 mm  
Hauteur du carton 350 mm  
Volume du carton 0.0654 cbm  
Poids du produit 0.03 kg  
Poids du carton 8.25 kg  
Code EAN de la boîte 4038917086318  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917072984

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2022-09-28

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**