



Description d'article

Numéro de commande	70.3050.200
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 000 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	1.000 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	1000 µl
Diamètre	9 mm
Longueur du produit	72 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certificat de conformité	oui
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	61440
Profondeur du carton intérieur	530 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	547 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0436 cbm
Poids du produit	0.0018 kg
Poids du carton	4.98 kg
Code EAN de la boîte	4038917424783
Code EAN du carton d'emballage	4038917424776

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

