

Description d'article

Numéro de commande	72.1985.202
Description d'article	Plaque PCR jupe intégrale, pour LightCycler® 480, 384 puits, blanc, Low profile, 40 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, optimisé pour la qPCR, 50 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Compatible avec	LightCycler® 480
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	jupe intégrale
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	384
Volume de travail	2 µl - 40 µl
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume nominal	40 µl
Volume max.	40 µl
Diamètre	3.3 mm
Largeur du produit	85.5 mm
Hauteur du produit	9.6 mm
Longueur du produit	127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boite	50
pièces / carton	100
pièces / pallet	7200
Profondeur du carton	279 mm
Largeur du carton	252 mm
Hauteur du carton	342 mm
Volume du carton	0.024 cbm
Poids du produit	0.0158 kg
Poids du carton	2.15 kg
Code EAN de la boite	4038917251259
Code EAN du carton d'emballage	4038917251242

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.