



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	41.1392.105
Artikelbeschreibung	Micro-Probengefäß Serum CAT, venöse Blutentnahme, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Nennvolumen: 1,3 ml, (LxØ) mit Verschluss: 47 x 10,8 mm, Schraubverschluss, Verschluss: rot, Farbcode ISO, mit Papieretikett, Etikett/Druck: rot, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	1,3 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Micro-Probengefäß Serum CAT, 1,3 ml,**  
**Schraubverschluss, ISO**

**Seite 2**

Zentrifugation empfohlen 10000 x g  
Zentrifugationszeit 5 Min

**Maße**

Nennvolumen 1,3 ml  
Durchmesser 10,8 mm  
Länge des Produktes 47 mm  
Länge mit Verschluss 47 mm  
Länge ohne Verschluss 45 mm

**Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses Polypropylen (PP)  
Farbe des Verschlusses rot  
Material der Röhre Polypropylen (PP)

**Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 96000  
Tiefe des Umkartons 348 mm  
Breite des Umkartons 278 mm  
Höhe des Umkartons 140 mm  
Volumen des Umkartons 0,0135 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0016 kg  
Gewicht des Umkartons 1,94 kg  
EAN des Innenkartons 4038917128285  
EAN des Umkartons 4038917021630

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-05

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**