



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	41.1501.005
Artikelbeschreibung	Micro-Probengefäß Serum CAT, venöse Blutentnahme, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Nennvolumen: 1,3 ml, (LxØ) mit Verschluss: 44 x 10,8 mm, Eindrückstopfen, Verschluss: weiß, Farbcode EU, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: weiß, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



**Produktspezifikation**  
**Micro-Probengefäß Serum CAT, 1,3 ml,**  
**Eindrückstopfen, EU**

**Seite 2**

Arbeitsvolumen	1,3 ml
Zentrifugation empfohlen	10000 U/min
Zentrifugationszeit	5 Min

**Maße**

Nennvolumen	1,3 ml
Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm
Länge mit Verschluss	44 mm
Länge ohne Verschluss	40 mm

**Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	1,87 kg
EAN des Innenkartons	4038917129497
EAN des Umkartons	4038917022255

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-09-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**