




Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml,
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht
zytotoxisch, 1 Stück/Blister**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1252.001
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml, Codierungsfarbe: grün, Material: PS, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	grün/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	0,2 ml - 2,5 ml
Codierung Farbe	grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-10-06

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml,
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht
zytotoxisch, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	2 ml
Durchmesser	6 mm
Länge des Produktes	270 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	54000
Tiefe des Umkartons	420 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	290 mm
Volumen des Umkartons	0,0323 cbm
Gewicht des Produktes	0,0044 kg
Gewicht des Umkartons	5,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917127196
EAN des Umkartons	4038917021081

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-10-06

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT