



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.985
Artikelbeschreibung	PCR-Platte ohne Rand, 12 8er Ketten (72.985.002) vorgesteckt im PCR-Arbeitstray (95.987.002), 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, Biosphere® plus, Material: PP, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	12 8er Ketten (72.985.002) vorgesteckt im PCR-Arbeitstray (95.987.002)
Geeignet für die qPCR	ja
Bodenform	konisch
Bauform des Plattenrandes	ohne Rand
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	10 µl - 0,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, Biosphere® plus, PP**

**Seite 2**

Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

**Maße**

Nennvolumen 0,2 ml  
Volumen max 200 µl  
Durchmesser 5,4 mm  
Breite des Produktes 79 mm  
Höhe des Produktes 20,7 mm  
Länge des Produktes 115 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard Biosphere® plus  
Sterilisation Gassterilisation  
Pyrogenfreiheit ja  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 20  
Kleinste Unterverpackung Blister  
Stück pro Innenkarton 20  
Stück pro Umkarton 20  
Stück pro Palette 3360  
Tiefe des Umkartons 288 mm  
Breite des Umkartons 218 mm  
Höhe des Umkartons 150 mm  
Volumen des Umkartons 0,0094 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0228 kg  
Gewicht des Umkartons 0,76 kg  
EAN des Innenkartons 4038917084840  
EAN des Umkartons 4038917003612

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-02

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**