



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.333
Artikelbeschreibung	lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit Folienboden, Ø: 35 mm, Oberfläche: Suspension, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	Suspension
Bodenform	Flachboden
Wachstumsfläche	6,4 cm ²
Arbeitsvolumen	2,5 ml
Gefäß	Schale
Codierung Farbe	grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
**lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit
Folienboden, Ø: 35 mm, Suspension**

Seite 2

Maße

Durchmesser 35 mm
Höhe des Produktes 6 mm

Material & Farben

Material des Produktes lumox®
Material des Rahmens Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Art der Innenverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Karton 250
Stück pro Palette 15000
Tiefe des Umkartons 348 mm
Breite des Umkartons 253 mm
Höhe des Umkartons 265 mm
Volumen des Umkartons 0,0233 cbm
Gewicht des Produktes 0,0037 kg
Gewicht des Umkartons 1,91 kg
EAN des Innenkartons 4038917255141
EAN des Umkartons 4038917255134

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-04

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT