



Especificação do produto
Sistema de medição de urina, 2 l, com válvula antirretorno, bolsa de reposição de 2.000 ml, estéril

Página 1

Descrição do Produto

Número de pedido	74.5681.200
Descrição do artigo	Sistema de medição de urina, 2 l, com válvula antirretorno, bolsa de reposição de 2.000 ml, estéril, comprimento do tubo flexível: 120 cm, 1 unid./blister

Características do produto

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	bolsa de reposição de 2.000 ml
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	500 ml
Válvula antirretorno	sim

Dimensões

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	10.1 mm
Comprimento do tubo flexível	120 cm

Materiais e cores

Material do produto	Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto	transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	10
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	10
Unidades por palete	280

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-07-07

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Sistema de medição de urina, 2 l, com válvula
antirretorno, bolsa de reposição de 2.000 ml,
estéril

Página 2

Volume da embalagem externa	0.0414 cbm
Peso do produto	0.3364 kg
Peso da embalagem externa	4.04 kg
EAN da caixa interna	4038917555111
EAN da embalagem externa	4038917555104

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-07-07

Este documento foi emitido
eletronicamente e é válido sem
assinatura.



SARSTEDT