



Product description

Order number	72.379
Descrição do artigo	Tubo CryoPure, 2 ml, tubo: PP, tampa de rosca QuickSeal, tampa montada, HD-PE, branca, rosca externa, volume nominal: 1,8 ml, Cryo Performance Tested, 50 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca QuickSeal
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Rosca	rosca externa
Volume de trabalho	1,8 ml
Tipo de recipiente	Tubo

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	1.8 ml
Volume máximo	2 ml
Diâmetro	12.65 mm
Comprimento do produto	46.7 mm
Comprimento sem tampa	39.8 mm

Material & colours

Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Cryo Performance Tested
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	104000
Profundidade da caixa interna	293 mm
Largura da caixa interna	183 mm
Altura da caixa interna	118 mm
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0305 cbm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Tubo CryoPure, 2 ml, tampa de rosca QuickSeal,
branca**

Page 3

Peso do produto	0.002 kg
Peso da embalagem externa	5.14 kg
EAN da caixa interna	4038917081399
EAN da embalagem externa	4038917080552

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-27

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT