




Product Specification
Extremidade de pipeta, 2,5 µl, transparente,
Biosphere® plus, Low Retention, 96
unid./SingleRefill

Page 1



Product description

Order number	70.3010.385
Descrição do artigo	Extremidade de pipeta, volume de trabalho: 2,5 µl, transparente, anéis de nível de enchimento, Biosphere® plus, Low Retention, adequado para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Brand, bem como modelos idênticos, 96 unid./SingleRefill

Product characteristics

Graduação	sim
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette e Brand, bem como modelos idênticos
Volume de trabalho	2,5 µl
Filtro	sim
Cor de codificação	cinza

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Extremidade de pipeta, 2,5 µl, transparente,
Biosphere® plus, Low Retention, 96
unid./SingleRefill

Page 2

Size

Volume máximo	2.5 µl
Comprimento do produto	31 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do filtro	Polietileno (PE)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1920
Tipo de embalagem interior	SingleRefill
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	115200
Profundidade da caixa interna	291 mm
Largura da caixa interna	105 mm
Altura da caixa interna	148 mm
Profundidade da embalagem externa	437 mm
Largura da embalagem externa	307 mm
Altura da embalagem externa	170 mm
Volume da embalagem externa	0.0228 cbm
Peso do produto	0.0006 kg
Peso da embalagem externa	5.16 kg
EAN da caixa interna	4038917894913
EAN da embalagem externa	4038917894920

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-21

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT